

HTOOL
SA8T
13.5MHz-8.2GHz
长按第二个按钮然后打开电源
开关进入Bootloaderg界面
Spectrum Analyzer & Signal Generator


Loader SA8T-V1.0.7 Ready 0
出现这行字代表进入了
Bootlaoder升级界面
UAVT
SA8T
Spectrum Analyzer & Signal Generator
13.5MHz-8.2GHz


VN6 Upgrade
【语言选择】
语言
中文
清空
下载
扫描
COM1 - 通信端口
COM44 - USB-SERIAL CH340
COM5 - USB 串行设备
连上USB数据线点击扫描
勾选左侧下载的串口点击下载按钮


VN6 Upgrade
【语言选择】
语言
中文
清空
下载
扫描
COM1 - 通信端口
COM44 - USB-SERIAL CH340
COM5 - USB 串行设备
出现这句话代表更新固件完毕
可以点击机器设备界面的关于
查看版本信息
connect succ
open comd 5,115200 ...
ok
get uid ...
uid [270044000751333331383836]
devname [HTOOL-9A8T]
get version ...
version: 1.0.7
erase ...
ok
start down ...
ok
data transfer .....
ok
completed ...
ok
reboot, ...
ok
all done, reboot to experience new firm